


# Elektrody pH, Redox a jejich příslušenství



GE 014	GE 100	GE 101	GE 103	GE 105	GE 106	GE 107	GE 108	GE 109
Levná pH-elektroda <b>2 - 12 pH</b> <b>0 - 60 °C</b>	Standardní pH-elektroda <b>0 - 14 pH</b> <b>0 - 80 °C</b>	Vpichová pH-elektroda <b>2 - 11 pH</b> <b>0 - 60 °C</b>	2 komorová pH-elektroda <b>0 - 14 pH</b> <b>0 - 80 °C</b>	Redox elektroda <b>± 2000 mV</b> <b>0 - 80 °C</b>	pH-elektroda pro iontové chudou vodu <b>2 - 11 pH</b> <b>10 - 80 °C</b>	pH-elektroda se senzorem teploty Pt1000 <b>0 - 14 pH</b> <b>0 - 80 °C</b>	Standardní pH-elektroda tlaková <b>0 - 14 pH</b> <b>0 - 80 °C</b>	pH-elektroda se senzorem teploty Pt1000 <b>0 - 14 pH</b> <b>0 - 80 °C</b>
> 200 µS/cm	> 200 µS/cm	> 200 µS/cm	> 200 µS/cm	> 25 µS/cm	> 25 µS/cm	> 200 µS/cm	> 200 µS/cm	> 200 µS/cm
ne pro přetlak	ne pro přetlak	ne pro přetlak	ne pro přetlak	ne pro přetlak	ne pro přetlak	přetlak do 6 bar	přetlak do 6 bar	přetlak do 6 bar
kabel 1m	kabel 1m	kabel 1m	kabel 1m	kabel 1m	kabel 1m	kabel 2m	kabel 2m	kabel 2m
3 mol/l KCL, lze doplňovat	3 mol/l KCL, lze doplňovat	3 mol/l KCL, lze doplňovat	3 mol/l KCL, 1 mol/l KNO <sub>3</sub> , lze doplňovat	3 mol/l KCL, lze doplňovat	3 mol/l KCL, lze doplňovat	gelový elektrolyt. Nelze doplňovat	gelový elektrolyt. Nelze doplňovat	gelový elektrolyt. Nelze doplňovat
bez závitů	bez závitů	bez závitů	bez závitů	bez závitů	bez závitů	závit PG13.5	závit PG13.5	bez závitů
konektor CHINCH	konektor CHINCH	konektor CHINCH	konektor CHINCH	konektor CHINCH	konektor CHINCH	konektor DIN a banány.	konektor CHINCH	konektor BNC a MiniDIN.
*)	*)	*)	*)	*)	*)	**)	*)	***)
Plavecké bazény, akvaristika, úprava vody atd.	Plavecké bazény, akvaristika, úprava vody atd.	Potraviny, suspenze, kontrola půd atd.	Fotochemie atd.	Akvaristika, kontrola půd, laboratorní analýza, odpadní vody atd.	Media s nízkým obsahem iontů, iontové chudé vody atd.	Plavecké bazény, akvaristika, úprava vody atd.	Plavecké bazény, akvaristika, úprava vody atd.	Plavecké bazény, akvaristika, úprava vody atd.

\*) Určena pro GPRT 1400A, GPH 014, GPHU 014 MP

\*\*) Určena pro GPHU 014 MP/DIN

\*\*\*) Určena pro GMH3530

## Provedení elektrody s konektorem BNC

(vhodné pro GMH3530, GPHU014MP/BNC nebo přístroje jiných výrobců)

GE 014 BNC	GE 100 BNC	GE 101 BNC	GE 103 BNC	GE 105 BNC	GE 106 BNC		GE 108 BNC	
------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	------------	--

Delší kabel k pH-elektrodám

Na dotaz

**GWA1Z** Závitový adaptér PG13.5 z G1", Umělá hmota

**PG 13.5** Vnější závit, upevňovací závitový adaptér pro všechny elektrody bez závitů

**Zvláštní provedení** (Elektrody s pevným závitem, zvláštní délky, zvláštní provedení)

Na dotaz

## Zvláštní příslušenství, atd.:

**VD120** Napichovací nástroj pro použití vpichové elektrody GE101

**GAD 1 CINCH** Adaptér pro připojení elektrody s konektorem Cinch na přístroje se zásuvkou BNC.

**GAD 1 BNC** Adaptér pro připojení elektrody konektorem BNC na přístroj se zásuvkou Cinch.

**KCL 3 M** 3 mol KCl-elektrolyt k doplňování a uchování (doplňování ochranné čepičky) elektrod s 3 mol KCl-elektrolytem. Dávkovací láhev 100ml

**KNO<sub>3</sub> 1M** 1 mol KNO<sub>3</sub>-elektrolyt v dávkovací láhvi 100ml. Např. pro elektrodu GE103

**GRL 100** Pepsinový čistící roztok, 100ml

**GRP 100** Redox zkušební roztok (220mV při 25°C), 100ml

**GPF 100** Plastová láhev s uzávěrem 100ml

**GAK 1400** Pracovní a kalibrační sada složená z 5 kalibračních koncentrátů GPH4,0, GPH7,0 a GPH10,0, 3 x GPF100, 1 x 3 mol KCl-elektrolyt KCL3M a 1 x pepsinový čistící roztok GRL100.

**GPH 4,0 / 5** Kalibrační koncentrát (5 kusů), pH4.0

**GPH 4,0 / 10** Kalibrační koncentrát (10 kusů), pH4.0

**GPH 7,0 / 5** Kalibrační koncentrát (5 kusů), pH7.0

**GPH 7,0 / 10** Kalibrační koncentrát (10 kusů), pH7.0

**GPH 10,0 / 5** Kalibrační koncentrát (5 kusů), pH10.0

**GPH 10,0 / 10** Kalibrační koncentrát (10 kusů), pH10.0

**GPH 12,0 / 5** Kalibrační koncentrát (5 kusů), pH12.0

**GPH 12,0 / 10** Kalibrační koncentrát (10 kusů), pH12.0